indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Cabo para Espelho Cristal

- Cabeça móvel facilita tomada fotográfica
- Encaixe de silicone para fixação do espelho
- Precisão e padronização das fotografias intraorais
- Em alumínio anodizado e silicone
- O formato do cabo favorece a empunhadura

CABO PARA ESPELHO CRISTAL: Autoclavável, com design moderno, em alumínio anodizado nas cores verde, preto, lilás e prata. O formato do cabo proporciona melhor empunhadura e conforto ao profissional durante o procedimento. O dispositivo de fixação em silicone oferece segurança para segurar o espelho. O uso cabo para espelho cristal auxilia e agiliza o trabalho do profissional, pois evita que ele segure o espelho com as mãos.

O Cabo para Espelho Cristal foi desenvolvido para agregar ainda mais valor ao Kit Espelho Cristal Indusbello. Com o conjunto (cabo e o espelho cristal) é possível obter fotos de qualidade excelente, com agilidade e rapidez. Além de poder padronizar todas as fotografias, todos os ajustes são realizados de forma manual, permitindo um maior controle sobre o equipamento e resultados fotográficos.

INDICAÇÃO: Utilizado para fixar e posicionar espelhos cristais para fotografia oral.

INSTRUÇÕES PARA USO: Escolha o espelho que melhor se adequa à região a ser fotografada; encaixe o espelho escolhido na cavidade da Cabeça Móvel do Cabo; leve o espelho à boca do paciente; encontre a posição ideal, movendo a Cabeça do Cabo; mantenha o espelho na posição desejada; realize o procedimento fotográfico. Para melhor desempenho do Cabo para Espelho é indicado a utilização dos Espelhos Cristais para Fotografia Indusbello.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Alumínio e silicone.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Não usar esponjas, abrasivos ou lãs de aço. Antes de esterilizar, separe o espelho cristal do cabo.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
106213101020	*Cabo para Espelho Cristal Preto*	*1 Unidade*	*I 80213429007*
106213101021	*Cabo para Espelho Cristal Prata*	*1 Unidade*	
106213101022	*Cabo para Espelho Cristal Lilás*	*1 Unidade*	
106213101023	*Cabo para Espelho Cristal Verde*	*1 Unidade*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira